

Ölçüm yapılan tarih : 26.04.2022

Standart ağırlık :40 kg

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	40,00	0,00%		
102	40,00	0,00%		
103	40,00	0,00%		
104	40,00	0,00%		
105	40,00	0,00%		
106	40,05	0,12%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
107	40,00	0,00%		
108	40,00	0,00%		
109	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
110	40,00	0,00%		
111	40,00	0,00%		
112	40,00	0,00%		
113	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
114	40,00	0,00%		
115	40,00	0,00%		
116	ENGELLI KONTUARI OLUP CIHAZ BULUNMAMAKTADIR			
117	40,00	0,00%		
118	40,00	0,00%		
119	40,00	0,00%		
120	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
121	40,00	0,00%		
122	40,00	0,00%		
123	40,00	0,00%		
124	39,90	-0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
125	40,00	0,00%		
126	40,00	0,00%		
127	40,00	0,00%		
128	40,00	0,00%		
129	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
130	40,00	0,00%		
131	40,00	0,00%		
132	40,00	0,00%		
133	40,00	0,00%		
134	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
135	40,00	0,00%		
136	40,00	0,00%		
137	40,00	0,00%		
138	40,00	0,00%		
139	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
140	40,00	0,00%		
141	40,00	0,00%		
142	40,00	0,00%		
143	40,00	0,00%		
144	40,00	0,00%		
145	40,00	0,00%		
146	40,00	0,00%		
147	40,00	0,00%		
148	40,00	0,00%		
149	39,95	-0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
150	40,00	0,00%		
151	40,00	0,00%		
152	40,00	0,00%		
153	40,00	0,00%		
154	39,95	-0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
155	40,00	0,00%		
156	40,00	0,00%		
157	40,00	0,00%		
158	40,00	0,00%		
159	40,00	0,00%		
160	40,00	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma
Kaşesi)

Test Tarihi

Kontrol Eden

Kontrol Tarihi

ELMASIYA ELEKTRONİK TARTI

26.4.2022

ANTALYA
GANGİZ CANBOLAT
Elektronik Sistemler Mühendisliği

26.04.2022



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

T2 BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih :26.04.2022

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	40,00	0,00%		
202	40,00	0,00%		
203	40,00	0,00%		
204	40,00	0,00%		
205	40,00	0,00%		
206	40,00	0,00%		
207	39,95	-0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
208	40,00	0,00%		
209	40,00	0,00%		
210	40,00	0,00%		
211	40,00	0,00%		
212	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
213	40,00	0,00%		
214	40,00	0,00%		
215	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
216	40,00	0,00%		
217	40,00	0,00%		
218	40,00	0,00%		
219	40,00	0,00%		
220	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
221	40,00	0,00%		
222	40,00	0,00%		
223	40,00	0,00%		
224	40,00	0,00%		
225	40,05	0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
226	40,00	0,00%		
227	40,00	0,00%		
228	40,00	0,00%		
229	40,00	0,00%		
230	40,00	0,00%		
231	40,00	0,00%		
232	40,00	0,00%		
233	39,95	-0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
234	40,00	0,00%		
235	40,00	0,00%		
236	40,00	0,00%		
237	40,00	0,00%		
238	40,00	0,00%		
239	40,00	0,00%		
240	40,00	0,00%		
241	40,00	0,00%		
242	40,05	0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
243	40,00	0,00%		
244	40,00	0,00%		
245	40,00	0,00%		
246	40,00	0,00%		
247	40,00	0,00%		
248	40,00	0,00%		
249	40,00	0,00%		
250	40,00	0,00%		
251	40,00	0,00%		
252	40,00	0,00%		
253	39,90	-0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
254	40,00	0,00%		
255	40,00	0,00%		
256	40,00	0,00%		
257	40,00	0,00%		
258	40,00	0,00%		
259	40,00	0,00%		
260	40,00	0,00%		
261	40,00	0,00%		
262	40,00	0,00%		
263	40,00	0,00%		
264	40,00	0,00%		
265	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
266	40,00	0,00%		
267	40,00	0,00%		
268	40,00	0,00%		
269	40,00	0,00%		
270	40,00	0,00%		
271	40,00	0,00%		
272	40,00	0,00%		
273	40,05	0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
274	40,00	0,00%		
Test Tarihi	26.04.2022		Kontrol Eden	Kontrol Tarihi

ELMASLAR ELEKTRONİK SİSTEMLER VE KALİBRASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Muratpaşa Mah.567 Sk.162501 Ant. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA Fax:0242 247 54 00
Teli:0242 242 67 19 / 0242 247 54 44

Ant.Kurumlar Vd: 339 476 Dış Ticaret Sicil No: 0899070
muhasese@elmaslar.com.tr

8.46. EE.4.02 Rev No:0.3

Rev Tarihi:08.05.2018

GENGİZ CANBOLAT
Elektronik Sistemler Mühendisi
26.04.2022

İÇ HATLAR-THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 26.04.2022

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	40,00	0,00%		
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
303	40,00	0,00%		
304	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
305	40,00	0,00%		
306	40,00	0,00%		
307	40,00	0,00%		
308	40,00	0,00%		
309	40,05	0,12%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
310	40,00	0,00%		
311	40,00	0,00%		
312	40,00	0,00%		
313	40,00	0,00%		
314	39,95	-0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
315	40,00	0,00%		
316	40,00	0,00%		
317	40,00	0,00%		
318	40,00	0,00%		
319	40,05	0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
320	40,00	0,00%		
321	40,00	0,00%		
322	40,00	0,00%		
323	40,00	0,00%		
324	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
325	40,00	0,00%		
326	40,00	0,00%		
327	40,00	0,00%		
328	40,00	0,00%		
329	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
330	40,00	0,00%		
331	40,00	0,00%		
332	40,00	0,00%		

THY CIP 01	40,00	0,00%		
THY CIP 02	40,00	0,00%		

Elmas Aran (Ad Soyuk ve Firma) SİSTEMLERİ VE KALIBI KURUMU SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 507 Sk. Taşcaş Apt. No: 57/A Muratpaşa MİNYALİLER Mah. Düyübaşı 64 06 Tel:0242 242 67 11 0242 257 83 44 www.elmasaran.com.tr	Test Tarihi 26.04.2022	Kontrol Eden Geçmiş CANBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi 26.04.2022
--	----------------------------------	--	-------------------------------------

Kalibrasyon No: 08.05.2018

8.46. EE.4.02

Rev No:0.3

Rev Tarihi:08.05.2018



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 26.04.2022

Standart ağırlık :10 kg

Gate No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1				
8	10,02	0,20%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
9	10,02	0,20%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
10	10,00	0,00%		
11	10,00	0,00%		
12	9,98	-0,20%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
13	9,98	-0,20%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
14	10,00	0,00%		
15	10,00	0,00%		
213	10,00	0,00%		
214	10,00	0,00%		
İÇ HATLAR TERMİNALİ				
4	10,00	0,00%		
5	9,99	-0,10%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
6	10,00	0,00%		
7	10,00	0,00%		
209	10,00	0,00%		
210	10,02	0,20%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
211	10,00	0,00%		
212	İBRE BULUNMAMAKTADIR.			
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	10,00	0,00%		
TERMİNAL 2				
60	10,00	0,00%		
61	10,01	0,10%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
62	10,00	0,00%		
63	10,00	0,00%		
64	10,00	0,00%		
65	10,02	0,20%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
66	10,00	0,00%		
67	10,00	0,00%		
199	YOK			
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
201	10,00	0,00%		
202	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
203	10,03	0,30%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
204	10,00	0,00%		
205	YOK			
206	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
207	10,00	0,00%		
208	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON CİHAZLARI İŞLETİM VE TİC. ŞİT. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye / 07050 KAPISİ	Test Tarihi 26.04.2022	Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA AİM GÖNÜL CANBOLAT	Kontrol Tarihi 26.04.2022
---	---------------------------	---	------------------------------

Revizyonlar V.D.: 3,3, 27/8, 0380 Mes No: 011317003800027
046 E-Posta: info@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

tolerans aralığı $\pm\%0.30$ oranını geçmemelidir.
Rev Tarihi:08.05.2018 Elektronik Sistemler Mühendisi



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

CIP BAGAJ TARTI CIHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 26.04.2022

Standart ağırlık :40 kg

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	40,1	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
2	40,0	0,00%		
3	39,9	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
4	40,0	0,00%		
5	40,0	0,00%		
6	CIHAZ BULUNMAMAKTADIR			

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) ELMASLAR ELEKTRONİK KARTI SİSTEMLERİ VE KALIBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mahallesi, Muratpaşa Köyü, 07050 Antalya	Test Tarihi 26.04.2022	Kontrol Eden ANTALYA Airport Cengiz CANBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi 26.04.2022
---	---------------------------	---	------------------------------

Revizyonlar: 402 - Revizyon 3
Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44
E-posta: muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Rev Tarihi:08.05.2018